

计量标准考核证书

Certificate for Examination of Measurement Standard

[2021] 长量标企证字第 417 号

根据《中华人民共和国计量法》，按照《计量标准考核规范》的要求，考核合格，特发此证。

This is to certify that the measurement standard conforms with the requirements of the "Rule for the Examination of Measurement Standards" according to "the Law on Metrology of the People's Republic of China".

建标单位名称 量天检测认证有限公司
Possessor of the Measurement Standard

计量标准名称 三等金属线纹尺标准装置
Name of Measurement Standard

代码 01214937
Code

测量范围 (0~1000) mm
Measuring Range

不确定度或准确度等级 三等
或最大允许误差
Uncertainty or Accuracy Class or
Maximum Permissible Error

保存地点 长沙市岳麓区检验检测特色产业园 A1 栋
Installed in

发证机关(印章)
The Issuing Authority

发证日期 2021 年 10 月 20 日
Date of Issue

有效期至 2026 年 10 月 19 日
Date of Expiry

	名 称 Name	型 号 Type	测量范围 Measuring Range	不确定度或准确度等级 或最大允许误差 Uncertainty or Accuracy Class or Maximum Permissible Error	制造厂及 出厂编号 Manufacturer and Series Number
计量 标准器 Measurement Standard	三等标准线纹 尺	1000mm	1000mm	三等	/ JH-1088
主要 配套 设备 Main Auxiliary Equipment	大理石平板	600mm *900mm	600mm *900mm	0 级	/ JH-1055
	塞尺	(0.02~1)mm	(0.02~1) mm	MPE: ± (0.005-0.016) mm	沧州长城 JH-1043
	读数显微镜	JC-10	4mm×4mm	MPEV: 10μm	/ 8002475
	表面粗糙度样块	Ra(0.012~6. 3)μm	Ra (0.012~6.3) μm	MPE:-17%~+12%	哈量 ZT03
	宽座角尺	H400mm* 1250mm	H400mm*1250mm	1 级	Schmalklden 8471025
开展 的 检 定 或 校 准 项 目 Verification or Calibration Items	名 称 Name	测量范围 Measuring Range	不确定度或准确度等级 或最大允许误差 Uncertainty or Accuracy Class or Maximum Permissible Error	依据的计量检定规程 或计量技术规范的编号及名称 Verification Regulation or Measurement Technical Specification and Its Code	
	钢直尺	(0~1000) mm	MPE:±(0.10-0.20)mm	JJG1-1999 《钢直尺检定规程》	
	-----	-----	-----	-----	